



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

*Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87  
Av. Doutor Jorge Hannas, s/nº – Bairro Bom Jardim  
36906-360 – Manhuaçu - MG*

### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**PREGÃO ELETRÔNICO: 22/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO: 81/2023**

**PETICIONANTE: Renova Medição Ltda**

#### **DA SOLICITAÇÃO**

Foi realizado pedido de esclarecimentos pela citada empresa :

#### **QUESTIONAMENTO 01:**

Referente aos itens 10 e 11 do Termo de Referência: - Tendo em vista que os medidores de maior capacidade como, por exemplo, a partir de 7 m<sup>3</sup>/h não são montados em nicho ou locais de difícil acesso, não há extrema necessidade da relojoaria inclinada e giratória. Considerando ainda que os modelos de mesma capacidade e de muitos fabricantes possuem relojoaria plana e fixa, visando aumentar a quantidade de ofertantes para este item, solicitamos que seja aceito o medidor com a relojoaria plana e não orientável. – Neste itens 10 e 11, está especificando teste de IDM para o medidor cuja vazão nominal é acima de 1,5 m<sup>3</sup>/h, todavia, de acordo com a NBR 15538/2014 não é citado IDM para vazões acima do referido. Neste caso entendemos que o trecho referido anteriormente pode ser desconsiderado, já que não é respaldado por normas técnicas. Gentileza confirmar no entendimento.

Resposta da pregoeira:

É necessário para nossa Autarquia que a relojoaria seja inclinada e giratória ,devido ao difícil acesso onde estão localizados.

Será mantido por decisão técnica o teste de IDM para os itens 10 e 11.

Manhuaçu/MG 27 de setembro 2023

**Elizete Luiz Bonifacio**  
**Pregoeira**